


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 53879#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	SPORAL A
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	91f13780-26ef-46ca-b310-15606034de64		
dół	4d169485-0f7b-4948-ae4d-8095597c7326		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-19	
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu - sprawny autoklaw