


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 58462#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	SPORAL A
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
dół	56fb9b09-b507-44c9-b373-80e15afb585b		
góra	dba805e1-0d85-4105-863a-c528f8fb043d		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwył Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu - sprawny autoklaw