


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 61257#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH- MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearotherophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	7	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
dół	541b4064-59c5-43af-ae6c-dfd779858c2b		
górze	f3296394-8cf3-4887-a90e-bafe8b78318c		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-12	
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
górze	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny