

SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 73589#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH- MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearotherophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]		Ciśnienie [Bar]
134	4		2.10
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	7281c922-06a8-4847-b5e6-6af10bd6688f		
dół	23f616e0-1db4-4b7d-9900-a0b47659b677		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania		Koniec badania
2025-03-12	2025-03-12		2025-03-14
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny