

SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 85983#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH- MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearotherophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]		Ciśnienie [Bar]
134	4		2.10
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	8028555c-b5d9-4a6d-9fed-9f96b4de36f5		
dół	9c1d434e-1697-4e7f-bd9c-6c6676bd7164		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania		Koniec badania
2025-07-08	2025-07-08		2025-07-09
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny