


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 97004#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH- MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearotherophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
dół	372f9183-0ec1-4645-9994-65fc9b50beb2		
góra	58a89f46-53d0-4ee9-b796-b1432c85bbcb		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2025-10-08	2025-10-08	2025-10-09	
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny