

SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 104914#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH- MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearotherophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]		Ciśnienie [Bar]
134	4		2.10
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	60b8f5eb-ae5f-48f2-bc49-55a9b26a750d		
dół	03ed18c6-2cd4-46e7-b60b-d18778fa11f5		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny