

SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 109384#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH- MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearotherophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]		Ciśnienie [Bar]
134	4		2.10
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	6c8beb3d-57a2-446e-b35c-48b7a8f9802c		
dół	bb8aab66-3a55-401a-aa52-e5ea65ac8301		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania		Koniec badania
2026-01-15	2026-01-15		2026-01-19
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny