

SPRAWOZDANIE

Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR **113866#8011**

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	eff9326e-8bfd-491e-9c1c-0c09950254d7		
dół	12e0c14b-6fd7-42d8-af4c-4f9b5d8385c8		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2026-02-18	2026-02-18	2026-02-23	
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny