


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR **121893#8011**

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	7cf1de6a-c060-4590-9331-64d652ea20d4		
dół	c87fc75e-770b-4c15-8638-9639e14f2b15		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny