


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 126206#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	8b745670-e916-48a9-b8e7-ae96425b913		
dół	ccf043d0-f179-489b-8068-1e690f9f3d3a		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny