


SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 130927#8011

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
dół	90e3d0d4-be91-44e2-834e-93bae179134c		
górze	cd9b7dd0-0c82-419f-9a32-e73398ad8fb6		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
górze	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny