

SPRAWOZDANIE

Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR **135393#8011**

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
dół	756427e3-5d78-4ade-869a-3be31e092842		
górze	71a92d68-c27f-4782-bf01-eb0d135fabae		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
górze	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny