

SPRAWOZDANIE

Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR **139617#8011**

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TECH-MED ul. Kobierzyńska 204 30-382 Kraków 9441477859	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
dół	0636d932-ea5f-43d2-8be3-27f40123b1d8		
góra	1e554106-bd73-4449-b4de-7970819b9c77		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507		

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny