AQUATEST Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
NIP: 5252632452 Regon: 362756507
biuro@aquatest.pl www.aquatest.pl

SPRAWOZDANIE
Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR **149837#8011**

JAROSŁAW SADZIK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TECH-MED **ul. Kobierzyńska 204** **30-382 Kraków** **9441477859**	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	**Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953**

Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta		
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]
134	4	2.10

Rozmieszczenie testu	Kod testu
dół	d670feda-7312-4f2f-9560-5b607a45edf4
góra	3f5ade1a-eb03-4197-a451-3a555ebf01ab

Wynik badania *		
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania
2026-10-08	2026-10-08	2026-10-09
dół	Brak wzrostu bakterii *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 po 24h	
góra	Brak wzrostu bakterii *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 po 24h	

Podsumowanie	
Badanie wykonał	Anna Cwyl Laborantka tel. 507 240 507

* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny